ALCARE

FIXATION COHESIVE 自着包帯・フィックス
自着性包帯 COHESIVE BANDAGE

SUPPORT COHESIVE 自着包帯・サポート
自着性包帯 COHESIVE BANDAGE

COMPRESSION COHESIVE 自着包帯・コンプレッション
自着性包帯 COHESIVE BANDAGE

取扱説明書

●この取扱説明書を熟読の上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。

はじめに

“自着包帯”はラテックス（天然ゴム）のミクロ噴射加工により、包帯同士は自着しますが、肌や毛髪、衣服にはつかない機能性包帯です。
※「自着」とは、同種の物質のみ接着し、他の物質には接着しない特性のことです。
従来の弾性包帯・伸縮包帯と同様の機能に加え、包帯同士の自着機能により、包帯のズレを軽減する包帯です。
自着包帯には、伸縮性・追従性に優れ、被覆・保持に適した“自着包帯・フィックス”、適度な伸縮性による軽度の圧迫及び固定に適した“自着包帯・サポート”、高弾性による強固定や圧迫固定に適した“自着包帯・コンプレッション”があります。
目的に応じて、適切な自着包帯を選択し、ご使用ください。安全にお使いいただくために、この取扱説明書に従いご使用ください。

商品についてご不明な点は下記宛までご連絡ください。

アルケア株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-770175

＊【使用上のご注意】や【保管上のご注意】では、危険度に応じて次の区分をしています。
⚠「警告」…誤った取扱いをすると、中程度以上の人身事故が想定される内容を示します。
「注意」…誤った取扱いをすると、人が軽度の傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

使用上のご注意

警告
人身事故につながるおそれのある注意事項

一般的な注意

- 本品は、ラテックス（天然ゴム）を使用しています。ラテックス（天然ゴム）は、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー様症状をまれに起こすことがあります。ラテックスアレルギーを持つ方への使用は避け、このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- 強く引っ張った状態で使用しないでください。うっ血等の血行障害を起こすおそれがあります。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 包帯同士の自着力が低下しますので、洗濯して再使用することはおやめください。

本品適応上の注意

- 本品は、包帯同士の自着機能により使用中の包帯のズレがほとんどありません。従って、必要以上の圧迫を加えないようにしてください。
- ご使用に際しては、ロールより10～30cm程度引き出し、自着包帯を緩めた状態にしてから巻いてください。包帯同士が自着している為、伸縮包帯や弾力包帯のように転がして巻くと締め付けが強くなることがあります。
- 本品は、包帯同士の自着機能があるため、粘着テープや包帯止めを使わずに包帯の末端部分を固定できますが、必要に応じて包帯末端部を粘着テープ等で固定してください。
- 本品は、水にぬれた状態及び湿度の高い環境下では自着力が低下するおそれがあります。包帯を巻く部位の水分をよく拭き取ってからご使用ください。

注意
物損事故につながるおそれのある注意事項

- 本品を光に当て続けると変色することがあります。使用途中の商品も必ずパッケージのなかに保管してください。

種類と規格

商品名	種類	商品コードNO.	JANコード	規格	入数
自着包帯・フィックス	1号	17151	4900070171517	2.5cm×4m（伸長）	10巻
	2号	17152	4900070171524	5.0cm×4m（伸長）	10巻
	3号	17153	4900070171531	8.0cm×4m（伸長）	10巻
自着包帯・サポート	1号	17161	4900070171616	2.5cm×4.5m（伸長）	10巻
	2号	17162	4900070171623	5.0cm×4.5m（伸長）	10巻
	3号	17163	4900070171630	7.6cm×4.5m（伸長）	10巻
	4号	17164	4900070171647	10.0cm×4.5m（伸長）	10巻
自着包帯・コンプレッション	2号	17171	4900070171715	6.0cm×4.5m（伸長）	10巻
	3号	17172	4900070171722	8.0cm×4.5m（伸長）	10巻
	4号	17173	4900070171739	10.0cm×4.5m（伸長）	10巻

組成・成分表示

●自着包帯・フィックス：綿、レーヨン、ナイロン、ラテックス（天然ゴム）
●自着包帯・サポート：綿、ポリウレタン、ラテックス（天然ゴム）
●自着包帯・コンプレッション：綿、ラテックス（天然ゴム）

ご使用する前に

●使用上のご注意をよくお読みになってご使用ください。

使用目的

●フィックス：ガーゼ固定等の包帯として
●サポート：副木固定等の包帯として
●コンプレッション：圧迫を目的とした固定等の包帯として

使用手順

1）ロールより10～30cm程度、包帯を引き出し、自着包帯を緩めた状態にしてください。

2）ロールから引き出した包帯は、必要以上に伸ばさないようにして巻いてください。圧迫が必要な場合は、巻きながら伸縮を加えてください。
※ロールを転がしながら巻くと、締め付けが強くなってしまうことがあります。余分な圧迫を避けるため、必ず最初にロールから引き出して巻いてください。

3）巻き終わったら、余分な包帯を切って、包帯の末端部を軽く押さえて止めてください。
患部に巻かれた包帯は、体温によってしっかりと自着しますので、巻き終った包帯の端を手の平で軽く押さえてください。より良く自着します。
※本品には包帯同士の自着機能があるため、粘着テープや包帯止めを使わずに包帯の末端部分を固定できますが、必要に応じて、包帯末端部を粘着テープ等で固定してください。
※次回使用する時のために、余った自着包帯の末端部を内側に折り返して保管すると末端部がわかりやすくなります。

滅菌について

●包帯同士の自着力が低下しますので、滅菌してのご使用はおやめください。

廃棄方法

●本品は、綿、レーヨン、ナイロン、ポリウレタン、ラテックス（天然ゴム）を使用しております。
地域により異なる場合がありますので、詳しくは地方自治体の条例・規則をご確認ください。

保管上のご注意

●水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温保管してください。品質・機能を維持するために、ロールの個包装を破らないで保管してください。
●品質安定のために使用途中の商品も必ずパッケージのなかに保管してください。

使用期限

●製造より2年間（パッケージに記載）

アルケア株式会社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800（代表） FAX.03-5611-7825 http://www.alcare.co.jp

東京営業所 TEL.03-5638-8161
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511
INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819
札幌営業所 TEL.011-261-1721
仙台営業所 TEL.022-715-2733
名古屋営業所 TEL.052-222-3860
北陸営業所 TEL.076-243-5602
大阪営業所 TEL.06-6337-2985
広島営業所 TEL.082-831-8777
福岡営業所 TEL.092-441-8372

■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター

1203-0308/2